

Предприятие:	ООО "ЗелСервис"
Город:	Г. Москва, г. Зеленоград
Телефон:	+7 (499) 705-05-67, +7 (977) 480-49-49

Комиссия в составе:

Должность	Ф.И.О.
Главный инженер	Уваров Евгений Валерьевич
Директор	Уваров Валерий Борисович
Инженер	Курганский Валерий Викторович

Составила настоящий **Рекламационный акт № 02/12-2022-2** от "26" января 2023г.

в том, что в результате проведенного исследования выявлено:

№ п/п	Наименование изделия	Заводской №	корешок гар. талона (копия корешка прилагается к Акту)		Дата продажи	Описание дефекта, предполагаемый неисправный элемент	№ неисправного элемента
			Дата изготовления	Дата отгрузки			
1	Сканер Mettlesh suprget lead P2D	74AS150348			сентябрь	Не определяется как устройство на ПК	Интерфейсная плата

Просим выслать ЗИП.

Подпись членов Комиссии:

 / Уваров В.Б. /
 / Уваров Е.В. /
 / Курганский В.В. /

